



Bio
e Volition

Coscomate No 49 Col. Toriello Guerra
C.P. 14050 México D.F.
Tel. 5666-8093 con 3 Líneas / Fax 5665-3357
e mail maplica@prodigy.net.mx <http://www.maplica.com>



Maplica, S.A. de C.V.

CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto: **BIOADYUNAT® Gel de hidróxido de Aluminio IR**
Lote No: **800025-0724**
Fecha sugerida de re testeo 01 julio 2026
Producción 1 julio 2024
Tamaño de Lote: 1,050 lts.

<u>Parámetro</u>	<u>Especificación</u>	<u>Resultado</u>
Irradiado Rayos Gamma De Cobalto-60	Intervalo de dosis 17 a 31 kGy	Dosis mínima 17.08 kGy Dosis máxima 21.99 kGy
ESTERILIDAD	Sin crecimiento de bacterias, y/o hongos	Sin Crecimiento
Ausencia de partículas	Sin partículas extrañas	Cumple
DENSIDAD (mg/mL)	0.99 – 1.3 mg/mL	1.00 mg/mL
VALORACIÓN (mg/100 mL de Al ₂ O ₃)	2.0 % – 3.0 %	2.43 %
pH	5.5 – 8.0	7.83

Método

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. United States Pharmacopie.

Almacenamiento

2 a 30° C

20240627 IR2024002346



I.Q. JULIO ALEJANDRO GONZALEZ R.
CONTROL DE CALIDAD



(01) 800025-0724(01) 20260701(24)

Estas especificaciones no podrán ser reproducidas total o parcialmente sin autorización previa.
El resultado de los análisis, se refieren únicamente a las muestras probadas.