



Coscomate No 49 Col. Toriello Guerra  
C.P. 14050 México D.F.  
Tel. 5666-8093 con 3 Líneas / Fax 5665-3357  
e mail maplica@prodigy.net.mx <http://www.maplica.com>

### CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto: **Plasma de Conejo con EDTA para Prueba de Coagulasa**

Catalogo.- 642706

Lote No: 642706-0125

Fecha de Producción mayo 2024

Caducidad: 01 enero, 2027

| Parámetro   | Especificación                           | Resultado |
|---|--|-----------|
| Aspecto del polvo   | Material esponjoso, color crema a blanco | Cumple    |
| Aspecto de producto rehidratado<br>(agua destilada y/o desionizada) | Solución opaca sin fibrina visible       | Cumple    |

| Microorganismo                               | Resultado esperado |
|--|--------------------|
| <u>Staphylococcus aureus ATCC 25923</u>      | Positivo           |
| <u>Staphylococcus epidermidis ATCC 12228</u> | Negativo           |
| <u>Staphylococcus aureus ATCC 29123</u>      | Positivo           |
| <u>Enterobacter aerogenes ATCC 13048</u>     | Negativo           |

Almacenamiento del producto deshidratado

4 °C

Almacenamiento del producto hidratado

4 °C (15 días) y a < 20 °C (máximo 30 días)

  
I.Q. JULIO ALEJANDRO GONZALEZ R.  
CONTROL DE CALIDAD

522529



(01) 642706- 0125(01) 20270101( 25)